

关于“江门市口腔医院氧化锆结晶炉设备采购项目（项目编号： Z2022015）”的修改公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：Z2022015

原公告的采购项目名称：江门市口腔医院氧化锆结晶炉设备采购项目

首次公告日期：2022年07月08日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

各潜在供应商：

于2022年07月08日在江门市口腔医院官网发布的《江门市口腔医院氧化锆结晶炉设备采购项目》做出如下修改：

1、采购文件“第二部分 项目要求”中“二、技术要求”：

（1）“1. 加热元件：硅棒材质；”修改为：“1. 加热元件：硅钼棒材质；”；

（2）“3. 炉膛内尺寸：直径 \geq 120mm，高 \geq 110mm；”修改为“3. 炉膛内尺寸：宽 \geq 110mm，高 \geq 120mm，深 \geq 120mm；”。

2、采购文件其他内容不变。

更正日期：2022年7月12日

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：江门市口腔医院

地址：江门市蓬江区永利街4号

联系方式：赵先生，13427176096

江门市口腔医院

二〇二二年七月十二日