

江门市口腔医院脉动真空灭菌器项目采购公告

江门市口腔医院就“江门市口腔医院脉动真空灭菌器项目”进行采购，现欢迎有供货、服务能力的企业前来提交密封报价。

一、采购项目名称：江门市口腔医院脉动真空灭菌器项目。

二、采购项目内容及需求：

序号	设备名称	数量	预算单价 (人民币)	预算总价 (人民币)	货物质量或服务标准要求
一	脉动真空灭菌器	1套	30万元	30 万元	符合国家和采购文件相关要求，详见采购需求文件（另附）；

注：（1）供应商报价不得高于预算金额（或最高限价），否则将作无效投标处理。

（2）交货时间：自收到采购人提货通知后30日历日内完成交货及安装调试。

（3）交货地点：江门市口腔医院采购人指定地点。

三、供应商所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受进口产品的响应。（本采购文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（具体要求详见附件）

四、供应商资格条件要求：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应是合法经营资格的法人或其他组织，具有良好信誉；

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。信用信息查询截止时点为响应文件提交截止日当天。以信用信息查询截止时点查询结果为准；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受联合体参与。

五、报价文件需包含以下资料：

1. 营业执照复印件；
2. 法人证书/法人代表授权书等相关资料；
3. 设备品牌和功能介绍、产品技术参数介绍等；
4. 采购需求偏离表（详见附件一）；
5. 项目经验案例（需提供业绩合同关键信息页复印件）；
6. 售后服务详细说明。

7. 投标报价（含税全包价格。应包含货物的 设计、制造、运输、装卸、安装、检测以及售后服务等一切相关费用，采购人不再额外支付费用。）供应商须在报价文件中列出投标报价及其分项报价。

8. 供应商应为需要提供的其他资料。

注：报价文件一正二副，装订成册并密封完好。

六、报价文件提交截止时间及地点：

1、响应文件提交时间：2024年7月19日上午9:30时(北京时间)截止。逾期递交或不符合规定的报价文件恕不接受。

2、响应文件提交地点：广东省江门市蓬江区永利街3-5号行政楼三楼会议室（江门市口腔医院总部）。

七、项目评审

1、本项目采用综合评分法，按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价供应商为成交供应商（评审方法另附）。

2、评审地点：江门市口腔医院

八、联系事项：

采购人：江门市口腔医院

地址：江门市蓬江区永利街3-5号

项目联系人：洪先生，联系电话：0750-3504320

江门市口腔医院

2024年7月11日

附件一：采购需求偏离表

供应商名称（盖章）：_____

序号	采购人的技术要求	供应商响应设备的实际技术参数	是否存在偏离
1	▲容积：≥1200L		
2	主体结构：环形加强筋结构		
3	设计压力：-0.1~0.3Mpa		
4	设计温度：≥140℃		
5	使用寿命：M0:10年/20000次灭菌循环		
6	夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个		
7	主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm		
8	结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个		
9	动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门		
10	双门互锁:双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作		
11	门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封		
12	两种门模式：隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装区的隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开（双扉设备）		
13	管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接		
14	蒸汽源：外接蒸汽源或外接独立蒸汽发生器		
15	降噪系统：带有降噪装置		
16	水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统		

17	换热装置：板式换热器		
18	控制系统：采用PLC控制系统，控制面板为真彩触摸屏		
19	屏幕尺寸：≥8.4寸		
20	记录内容：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印。		
21	权限管理：用户分级权限管理		
22	▲预设多种灭菌程序：程序数量≥32套，用户可根据需求编辑程序，提供说明书关键页或实物显示屏程序选择页面及相应的数量照片加盖公章上传		
23	程序运行时间：标准循环:≤60分钟		
24	▲预真空脉动方式：应具备负压脉动、跨压脉动、正压脉动，用户可根据需求自由编辑多脉动组合方式，提供打印报表和打印曲线图照片		
25	▲设备具有CNAS认证		
26	▲灭菌器主体采用底部中凹结构，下沉漏斗形排泄口设计，排冷凝水顺畅		
27	▲干燥方式：应具备多重干燥方式，至少具备真空干燥、脉动空气干燥，用户可根据需求自由编辑多干燥组合方式，以达到更好干燥效果		
28	标准配置：主体1个；导轨1个；消毒车1辆；搬运车2辆；棘轮扳手1个，可顺时针和逆时针切换，实现手动开关门		

注：供应商应如实填写第二、三列栏目，根据设备实际技术参数及功能与采购人的技术要求进行对比。设备实际技术参数及功能优于采购人的技术要求的，在第三列填写“正偏离”；设备实际技术参数及功能达不到采购人的技术要求的，在第三列填写“负偏离”，设备实际技术参数及功能与采购人的技术要求相同的，在第三列填写“无偏离”。